

Producto: HJ069 Actualización del banco de pruebas de red para AVM2, CRi y CRp.

Tema: Requisitos locales para la conexión a red.

1. Introducción

El presente boletín técnico describe la infraestructura que debe existir en el emplazamiento del cliente para permitir la conexión de un banco de pruebas a la red para acceder a Internet. Esta conexión está pensada únicamente para actividades de asistencia técnica.

2. Requisitos del banco de pruebas

A continuación, se indican los requisitos mínimos para que el banco de pruebas pueda trabajar con conexión a red:

- Un banco de pruebas que use un ordenador del modelo OptiPlex 760, 380 o 390.
- Un ordenador de banco de pruebas con sistema operativo Windows XP SP2 o posterior.
- Software del banco de pruebas Magmah^{plus}.
- Licencia de mantenimiento de Magmah^{plus} que esté actualmente activa.
- Una toma de corriente IEC libre dentro de la caja del banco de pruebas.

3. Instalaciones locales

A continuación, se enumeran los requisitos mínimos con los que el cliente debe contar para cada banco de pruebas:

- Una roseta de Ethernet (RJ45) a poca distancia del banco de pruebas, conectada a través del router de Internet del cliente.
- El router de Internet configurado para ofrecer direcciones IP y DNS vía DHCP.
- Una conexión a Internet permanente de banda ancha de 512 kbps como mínimo.

~